



单一来源采购专家论证意见表

时间：2020 年 9 月 1 日

使用单位	柳州市人民医院
项目名称	西门子 SPECT/CT 设备探头
项目金额	人民币 140 万元
专家 1 论证意见	柳州市人民医院西门子 SPECT/CT 于 2009 年 11 月投入使用，现设备晶体探测器已损坏，急需更换。由于晶体探测器是该设备的核心部件，为了保证维修后设备运行的稳定性和兼容性，以及检查质量和图像质量，降低故障率，须从原生产厂商（西门子系统医疗有限公司）购买晶体探测器。 广西南宁宜宏健商贸有限公司是西门子系统医疗有限公司在广西区唯一的售后代理商，并且没有其他维修公司可以提供渠道正规、质量合格的原厂配件。故建议采用单一来源采购方式由广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目的承接主体。 专家姓名： 工作单位：广西科技大学第二附属医院 职称：副主任医师
专家 2 论证意见	西门子 SPECT/CT 的晶体探测器是该设备的核心部件，为了保证维修后设备运行的稳定性和兼容性，以及检查质量和图像质量，降低故障率，须从原生产厂商（西门子系统医疗有限公司）购买晶体探测器。 广西南宁宜宏健商贸有限公司是西门子系统医疗有限公司在广西区唯一的售后代理商，并且没有其他维修公司可以提供渠道正规、质量合格的原厂配件。故建议采用单一来源采购方式由广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目的承接主体。 专家姓名： 工作单位：柳州红十字会医院 职称：副主任医师
专家 3 论证意见	晶体探测器是西门子 SPECT/CT 设备的核心部件，为了保证维修后设备运行的稳定性和兼容性，以及检查质量和图像质量，降低故障率，须从原生产厂商（西门子系统医疗有限公司）购买晶体探测器。 广西南宁宜宏健商贸有限公司是西门子系统医疗有限公司在广西区唯一的售后代理商，并且没有其他维修公司可以提供渠道正规、质量合格的原厂配件。故建议采用单一来源采购方式由广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目的承接主体。 专家姓名： 工作单位：柳州市工人医院 职称：主任医师